

VIGILANCIA



CEPAS CON SOSPECHA DE PRODUCIR CARBAPENEMASA

BCT /CNPd (in house)	+	++/-	+	-
	(≤60´)	(≤60´)	(>60´-120´)	
BOR o MER/PB	+			
EDTA o MER/EDTA	-	+	-/+	-
THT (MERO)	+	+	+/-	-/+
Metilasas AAGs		75% (NDM)	0%	
K-SeT		NDM	OXA23 (ROU) OXA58 (ROU)	

Si BCT/CNPd + >60´ o neg (hasta 15%NDM)

EN EVALUACION



KPC

MBL (NDM)

No productor
Algunas OXA-Acineto pueden presentar resultados negativos en los test de hidrólisis (aprox 10%)

Remitir al LNR (según criterios de derivación)

OXA-Aci



INSTITUTO MALBRAN

Acinetobacter 2017